

Piła posuwisto-zwrotna			
CPV 33100000-1			
Producent		
Model		
Rok produkcji	 nie starszy niż 2023, nierekondycjonowany, niepodemonstracyjny	
Kraj pochodzenia		
PARAMETRY TECHNICZNE BEZWZGLĘDNI WYMAGANE (nie spełnianie parametrów spowoduje odrzucenie oferty)			
<i>l.p.</i>	<i>PARAMETRY</i>	<i>Parametr wymagany</i>	<i>Opisać parametr techniczny w oferowanym przedmiocie zamówienia UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia</i>
Bezpieczeństwo			
1.	Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne	Tak	
2.	Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne	Tak	
Wymagania ogólne – piła posuwisto-zwrotna 1 szt.			
3.	Suwy regulowane w zakresie minimum: od 0 do 13 000 cykli/min	Tak	
4.	Silnik bezszczotkowy o mocy 250 W	Tak	
5.	Zasilanie akumulatorowe	Tak	
6.	Akumulator o pojemności minimum 1, 95 Ah i napięciu 9,6 V	Tak	
7.	Akumulator kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką elektryczną	Tak	
8.	Sterylny pojemnik na akumulator	Tak	
9.	Blokada przed przypadkowym uruchomieniem	Tak	
10.	Skok ostrza minimum 3,2 mm	Tak	
11.	Kontener/kosz do sterylizacji	Tak	
12.	Ostrza do piły posuwisto zwrotnej - 10 szt.	Tak	
Warunki gwarancji i serwis			
13.	Okres gwarancji min 24 miesiące	Tak	
14.	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty sprzedaży	Tak	

Szkolenia i dokumentacja urządzenia			
15.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i aplikacji medycznych niezbędnych do eksploatacji urządzenia (minimum 3 osób)	Tak	
16.	Szkolenie personelu technicznego (minimum 2 osoby) zamawiającego w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. (dostarczenie arkusza listy kontrolnej oceny technicznej „check-list”)	Tak	
17.	Miejsce szkolenia w siedzibie Zamawiającego	Tak	
Dostawa i instalacja urządzenia			
18.	Koszt instalacji i uruchomienia systemu w cenie oferty	Tak	