PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna CPV: 39711110-3	
Producent	.....
Model	.....
Rok produkcji	..... **nie starszy niż 2025, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów.**
Kraj pochodzenia	.....

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI (nie spełnianie parametrów spowoduje odrzucenie oferty)			
l.p.	***PARAMETRY***	***Parametr wymagany***	***OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA*** ***UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia***
Parametry urządzenia			
1.	Pojemność brutto części chłodzącej: 272 l ±2%	Tak	
2.	Pojemność brutto części mrożącej: 112 l ±2%	Tak	
3.	Wymiar zewnętrzny [mm] (SxGxW): 597 x 654 x 2044 ±5 mm	Tak	
4.	Wymiar wewnątrz [mm] (SxGxW) w części chłodzącej: 460 x 423 x 1037 ±5 mm	Tak	
5.	Wymiar wewnątrz [mm] (SxGxW) w części mrożącej: 406 x 292 x 595 ±5 mm	Tak	
6.	Czynnik chłodzący: R600a	Tak	
7.	Poziom szumu: ≤ 48dB(A)	Tak	
8.	Układ chłodzenia chłodziarki: dynamiczny Układ chłodzenia zamrażarki: dynamiczny	Tak	
9.	Metoda odszraniania chłodziarki: auto Metoda odszraniania zamrażarki: auto	Tak	
10.	Zakresy temperatury. - chłodzenia: +3˚C do +16˚ - zamrażania: -9˚C do -30˚C	Tak	
11.	Materiał drzwi: pełne	Tak	
12.	Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym	Tak	
13.	Sterowanie: Wyświetlacz kolorowy min. 2,2", Touch & Swipe	Tak	
14.	Alarm braku zasilania: bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godzin	Tak	
15.	Rodzaje alarmu:	Tak	

	- optyczny - dźwiękowy		
16.	Rejestrator: zintegrowany, złącze USB	Tak	
17.	Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki: - słupek świetlny LED z lewej strony Oświetlenie wewnętrzne zamrażarki: - LED	Tak	
18.	Liczba regulowanych półek (dotyczy chłodziarki): - 4	Tak	
19.	Maksymalne obciążenie półek chłodziarki: - 45 kg, Maksymalne obciążenie półek zamrażarki: - 40 kg	Tak	
20.	Maksymalny załadunek łącznie: - 345 kg	Tak	
21.	Liczba szuflad (dotyczy zamrażarki): - 3	Tak	
22.	Rodzaj zamka: mechaniczny	Tak	
23.	Zasilanie: - 220 -240 V / 50-60 Hz	Tak	
24.	Spełnia wymogi normy DIN 13277	Tak	
chłodziarka laboratoryjna CPV: 39711110-3			
Producent		.....	
Model		.....	
Rok produkcji		..... **nie starszy niż 2025, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów.**	
Kraj pochodzenia		.....	
PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI (nie spełnianie parametrów spowoduje odrzucenie oferty)			
l.p.	***PARAMETRY***	***Parametr wymagany***	***OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA*** ***UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia***
Parametry urządzenia			
1.	Pojemność brutto: 346 l ±2%	Tak	
2.	Wymiar zewnętrzny [mm] (SxGxW): 595 x 640 x 1876 ±5 mm	Tak	
3.	Czynnik chłodzący: R600a	Tak	
4.	Poziom szumu: ≤ 33,2 dB(A)	Tak	
5.	System rozmrażania: Automatyczne , rozmrażanie z ponownym	Tak	

	odparowaniem wody rozmrażania		
6.	Materiał drzwi: pełne		
7.	Rodzaje alarmu: - optyczny - dźwiękowy		
8.	Liczba regulowanych półek: - 6		
9.	Rodzaj zamka: mechaniczny		
10.	Zasilanie: - 220 -240 V / 50-60 Hz		
11.	Spełnia wymogi normy DIN 13277		

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis